

Табела Т.8. Несигурности лабораторијског посуђа^а

Лаб. суд	Несигурност мерења за		
	Запремина (<i>mL</i>)	Класу А лаб. посуђа($\pm mL$)	Класу Б лаб. посуђа($\pm mL$)
<i>Преносне пипете</i>	1	0,006	0,012
	2	0,006	0,012
	5	0,01	0,02
	10	0,02	0,04
	20	0,03	0,06
	25	0,03	0,06
	50	0,05	0,10
<i>Нормални суд</i>	5	0,02	0,04
	10	0,02	0,04
	25	0,03	0,06
	50	0,05	0,10
	100	0,08	0,16
	250	0,12	0,24
	500	0,20	0,40
	1.000	0,30	0,60
<i>Бирете</i>	2.000	0,50	1,0
	10	0,02	0,04
	25	0,03	0,06
	50	0,05	0,10

а Спецификација за класу А и класу Б лабораторијског посуђа преузето од Америчког друштва за тестирање и материјале: Е288, Е542 и Е694 стандарди.

Табела Т.9. Несигурности мерења за тегове.

Тегови	Маса (<i>g</i>)	Несигурност мерења
Precisa 160M	160	± 1 mg
A & D ER 120M	120	$\pm 0,1$ mg
Metler H54	160	$\pm 0,01$ mg

Табела Т.10. Несигурности мерења за дигиталне пипете.

Опсег	Запремина (<i>mL</i> или μL) ^а	Несигурност мерења ($\pm \%$)
10–100 μL ^б	10	1,0
	50	0,6
	100	0,6
200–1000 μL ^с	200	1,5
	1000	0,8
1–10 <i>mL</i> ^д	1	0,6
	5	0,4
	10	0,3

^а Јединице су исте за запремину као и за опсег пипете.

^б Подаци за Eppendorf Digital Pipet 4710.

^с Подаци за Oxford Benchmate.

^д Подаци за Eppendorf Maxipetter 4720 са Maxitip P.